



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Paraipaba – CE, 08 de Junho de 2017.

A Secretária Municipal de Saúde, Sra. Maria Neurimar Batista Castro, na qualidade de ordenadora de despesas e no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XXII do art. 4º, da Lei Nº. 10.520/02 e, considerando haver o Pregoeiro do Município de Paraipaba – CE cumprido todas as exigências do **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DE 5 LITROS DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA – CE. (COM COTAS PARA ME/EPP)**, vem **HOMOLOGAR**, o presente processo administrativo de licitação, em favor da empresa **LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.** inscrita no **CNPJ Nº. 05.662.247/0001-06**, conforme itens abaixo listados, de acordo com os termos do processo, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

LOTE 01 – AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
01	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE 5 LITROS Equipamento gerador de fluxo de oxigênio a partir do ar ambiente. Principais características: entrada de energia 220 volts; potência aproximada; 350 watts; fluxo de oxigênio de 0,5 a 5 LPM (litros por minuto); rodízios para locomoção do equipamento; nível baixo de ruído. Níveis de alarme: nível baixo de oxigênio de: 82%; Oxigênio muito baixo: 70%. Temperatura de operação; 12° a 32°. Obs: deve acompanhar a locação de cada concentrador de oxigênio: copo umidificador, cânula nasal e extensor, 01 (um) cilindro de oxigênio com capacidade de 1,5m³, 01 (um) carrinho de transporte do cilindro e 01 (uma) reposição mensal de oxigênio.	Serviço	27	Lumiar	196,40	5.302,80
VALOR GLOBAL DO LOTE 01 (AMPLA PARTICIPAÇÃO) R\$					5.302,80	
VALOR GLOBAL EM 12 MESES R\$					63.633,60	

LOTE 01 – EXCLUSIVO ME/EPP						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL

MWSC



Prefeitura de Paraipaba

				R\$	R\$	
01	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE 5 LITROS Equipamento gerador de fluxo de oxigênio a partir do ar ambiente. Principais características: entrada de energia 220 volts; potência aproximada; 350 watts; fluxo de oxigênio de 0,5 a 5 LPM (litros por minuto); rodízios para locomoção do equipamento; nível baixo de ruído. Níveis de alarme: nível baixo de oxigênio de: 82%; Oxigênio muito baixo: 70%. Temperatura de operação; 12° a 32°. Obs: deve acompanhar a locação de cada concentrador de oxigênio: copo umidificador, cânula nasal e extensor, 01 (um) cilindro de oxigênio com capacidade de 1,5m ³ , 01 (um) carrinho de transporte do cilindro e 01 (uma) reposição mensal de oxigênio.	Serviço	03	Lumiar	196,40	589,20
VALOR GLOBAL DO LOTE 01 (EXCLUSIVO ME/EPP) R\$				589,20		
VALOR GLOBAL EM 12 MESES R\$				7.070,40		



- Ao setor contábil-financeiro para as providências cabíveis.
- Notifique-se o licitante vencedor para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no edital.
- Ciência aos interessados.
- Publique-se.

Atenciosamente,

Maria Neurimar Batista Castro

MARIA NEURIMAR BATISTA CASTRO

Secretária Municipal de Saúde