



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XX do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 e, considerando haver a Comissão de Pregão cumprida todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a : **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FIXO DE RADIOLOGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE**, através do PREGÃO ELETRÔNICO, resolve **ADJUDICAR**, o presente processo administrativo de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO nº 058.2021**, em favor da empresa/licitante vencedora, de acordo com os termos do presente processo.

CRITÉRIO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Item

EMPRESA: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ Nº: 71.256.283/0001-85

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	VR. UNIT. R\$	V.R TOTAL R\$
01	EQUIPAMENTO FIXO PARA RADIOLOGIA EM GERAL: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: GERADOR DE ALTA TENSÃO. GERADOR COM TECNOLOGIA EM ALTA FREQUÊNCIA CONTROLADA POR MICROPROCESSADORES, EM POTENCIAL CONSTANTE. ALIMENTAÇÃO 220/380V OU 220 OU 380V, 50/60HZ; TRIFÁSICO POTÊNCIA MÍNIMA DE 40KW; COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE REDE +/- 10%; PROTEÇÃO TÉRMICA DO TUBO DE RAIOS-X; INDICADORES DE AUTO DIAGNÓSTICO PARA FALHAS DO SISTEMA; MESA DE COMANDO COM AJUSTES DE KV E MAS; AJUSTE DE KV DE 40 – 125KV EM PASSOS DE 1KV; AJUSTE DE MA DE NO MÍNIMO 50 A NO MÍNIMO 500MA; VARIAÇÕES DE MAS DE MENOR OU IGUAL A 0,4 E MAIOR OU IGUAL A 500MAS; TEMPO DE EXPOSIÇÃO MENOR OU IGUAL A 4 MS E MAIOR OU IGUAL A 5S; MÍNIMO DE 45 TÉCNICAS PROGRAMÁVEIS; INDICAÇÃO DE EXPOSIÇÃO POR SINAL SONORO E LUMINOSO. TUBO DE RAIOS X TUBO DE RAIOS-X DE ALTA PERFORMANCE, UNIDADE SELADA IMERSA EM ÓLEO ISOLANTE; FOCOS 0.6MM E 1.20MM;	UNID	KONICA MINOLTA	01	88.000,00	88.000,00



<p>ROTAÇÃO MÍNIMA DE 2700 RPM; CAPACIDADE TÉRMICA DO ÂNODO MINIMO 200KHU; CAPACIDADE TÉRMICA DO CONJUNTO EMISSOR DE PELO MENOS 1200KHU. FILTRAÇÃO INERENTE DE 0,9MM AL. COLUNA PORTA TUBO TIPO CHÃO-CHÃO OU CHÃO-MESA COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE PELO MENOS 280CM; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS LIBERADOS ATRAVÉS DE BOTÕES/ PEDAIS; ROTAÇÃO DO TUBO +/- 90°; GONIÔMETRO PARA INDICAÇÃO DA ANGULAÇÃO DO TUBO. MESA RADIOGRÁFICA DE NO MINIMO 72CM E LONGITUDINAL MÍNIMO DE 23CM, COM FREIOS ELETROMAGNÉTICOS LIBERADOS POR PEDAL/BOTÕES; DIMENSÕES MÍNIMAS DO TAMPO 200CM DE COMPRIMENTO X 75CM DE LARGURA X 70CM DE ALTURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 160KG; POTTER BUCKY OSCILANTE, BANDEJA COM SISTEMA DE AUTO CENTRALIZAÇÃO DE CHASSIS PARA FILMES OU CASSETES DE 13X18 CM A 35X43 EM QUALQUER DIREÇÃO OU GRADE FIXA; GRADE ANTI DIFUSORA DE ALTA RESOLUÇÃO DE 10.1-103 LINHAS BUCKY MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL MÍNIMO DE 120CM; FREIO MECÂNICO; POTTER BUCKY OSCILANTE, BANDEJA COM SISTEMA DE AUTO CENTRALIZAÇÃO DE CHASSIS PARA FILMES OU CASSETES DE 13X18 CM A 35X43 EM QUALQUER DIREÇÃO OU GRADE FIXA; GRADE ANTI DIFUSORA DE ALTA RESOLUÇÃO DE 10.01.103 LINHAS. COLIMADOR LUMINOSO. COLIMADOR MANUAL; TEMPORIZADOR DE NO MÍNIMO 30 SEGUNDOS PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; FILTRAÇÃO INERENTE MÍNIMA DE 2 MM AL EQUIVALENTE. CABOS DE ALTA TENSÃO PAR DE CABO DE ALTA TENSÃO DE NO MÍNIMO 150KV FLEXÍVEL COM NO MÍNIMO 9METROS.</p>					
---	--	--	--	--	--



Prefeitura de
Paraipaba



GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO E DA LIQUIDAÇÃO DA NF.						
VALOR GLOBAL						R\$ 88.000,00

VALOR GLOBAL R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais).

Paraipaba, 11 de janeiro de 2022.

Eduardo Sales Vieira
FRANCISCO EDUARDO SALES VIEIRA
Pregoeiro do Município de Paraipaba/CE