



REFEITURA DE PARAIPABA
ESTADO DO CEARÁ

34.680.592/0001-51


CAD ICMS: 90825072-96

BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI

Rua Graça Aranha, nº 875, Barracão 01 Sala B
Vargem Grande - Pinhais - PR
CEP 83.321-020

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2022

ABERTURA: 02/12/2022
HORÁRIO: 08:00



Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integram o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Declaramos:

que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte conforme estabelece Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 05

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	3	UND	Monitor multiparamétrico portátil. Especificações técnicas mínimas: para uso em unidades assistenciais de alta complexidade, em pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Capacidade de integração com central monitorização. Monitor com display LCD colorido, matriz ativa, com tamanho mínimo de 10,4", resolução mínima 800 x 600 e traçado tipo "non-fade. Capacidade para apresentação simultânea de pelo menos 6 curvas e 8 campos digitais na tela. Controle de velocidade para o traçado das curvas variável minimamente entre 12,5, 25 e 50 mms. Constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, respiração, temperatura, PNI e SpO2) pré-configurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em. Módulos individuais ou compartilhados. Possibilidade de inclusão de parâmetros adicionais através da conexão de módulos já implementados e comercialmente disponíveis abrangendo: capnografia mainstream, capnografia microstream, pressão invasiva (até 4 canais), débito cardíaco, débito cardíaco contínuo (CCO), índice bispectral (bis) ou equivalente (p.ex. Índice de sedação anestésica), saturação venosa de oxigênio (svo2), transmissão neuromuscular, arritmia/st e registrador. • configuração automática da tela através da inserção/retirada dos módulos ("plug and play").	CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP/ K12/ 80901110026	5.280,00	15.840,00

BD


BRASIL DEVICES®
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

34.680.592/0001-51

CAD ICMS: 90825072-96

BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI

Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 01 Sala B
Vargem Grande - Pinhais - PR
CEP 83.321-020



Entrada para no mínimo 2 módulos adicionais, não sendo admitidos equipamentos que para expansão dos parâmetros seja necessária sua desmontagem. Teclas liga/desliga, para configuração de alarme, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem. Registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor. Sistema de memória constante para os parâmetros previamente configurados. Indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa. Sistema de auto-diagnóstico funcional. • capacidade para atualização de software através de porta usb ou cartão de memória. Alça para transporte incorporada ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar peso superior a 7 kg a fim de permitir que seja facilmente transportado pelas equipes médicas.

ALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO:

quinze mil, oitocentos e quarenta reais

TOTAL

15.840,00

ALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:

quinze mil, oitocentos e quarenta reais

TOTAL

15.840,00

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

Dados Para Contrato/ Ata de Registro de Preços:

Razão Social: Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli

CNPJ: 34.680.592/0001-51

Razão-Proprietário:

Nome: José Felipe Belotto Pelozzo

CPF: 064.890.839-90

RG: 13.180.150-5/SESP/PR

Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 01 SL B, Bairro Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

Dados Bancários:

Banco do Brasil

AG: 1622-5

C/C: 20.562-1

Telefone: (41) 3699-3278

E-mail: brasildevices@uol.com.br

Banco Bradesco

AG nº 1205-0

C/C: 11313-1

Caixa Econômica

AG 1630 - OP 003

C/C: 3061-1



34.680.592/0001-51


CAD ICMS: 90825072-96

BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI

Rua Graça Aranha, nº 875, Barracão 01

Vargem Grande - Pinhais - PR

CEP 83.321-020



DECLARA, que:


está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências anteriores;
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos reservada em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 05 (cinco) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 06 de dezembro de 2022.

JOSE FELIPE
BELOTTO
PELOZZO:064890
83990

Assinado de forma digital
por JOSE FELIPE BELOTTO
PELOZZO:06489083990
Dados: 2022.12.06
08:41:03 -03'00'

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		
CNPJ	07.626.776/0001-60	Autorização	8.09.011-1
Produto	MONITOR DO PACIENTE		

Modelo Produto Médico

MONITOR DO PACIENTE K10

MONITOR DO PACIENTE K12

MONITOR DO PACIENTE K15

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Monitor do Paciente .pdf	4977957/22-9 - 24/11/2022 - 11:31

Nome Técnico	Monitor de Sinais Vitais
Registro	80901110026
Processo	25351.266296/2020-22
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	16/04/2030

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



Cirurgica São Felipe
Produtos Para Saúde

Monitor Multiparamétrico K12 - Creative



ANVISA: 80901110026

Especificações técnicas

Aplicação

Adulto, pediátrico e neonatal.
Hospitais, UTI, Centro Cirúrgico, Pronto socorro.

Display

12.1" Colorido (com opção TFT touch screen)

ECG

Faixa dinâmica de entrada: $\pm (0,5mVp - 5mVp)$
Impedância de entrada: $\geq 10 M\Omega$
Largura da banda: 0.05 - 150Hz (modo diagnóstico)
0.5 - 40Hz (modo monitoramento)
1 - 20Hz (modo operação)
CMRR: $\geq 90 Db$ (Diagnóstico)
 $\geq 105 dB$ (monitoramento e operacional)
Sensibilidade: x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x4 e automático
Velocidade de varredura: 6,25mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s
Faixa de medição HR: 15 - 350bpm
Precisão de RH: $\pm 1\%$ ou 2bpm, o que for maior
Função de detecção e rejeição de pulso de marcapasso
Proteção contra descarga de Desfibrilador

Seguimento ST:

Faixa do seguimento ST: -2,0mV - +2,0mV
Precisão: 0,02mV

RESP

Medição por impedância torácica
Faixa de medição: 0 - 150rpm
Precisão: $\pm 5\%$ ou $\pm 2 rpm$ o que for maior

SpO₂

Especificação Técnica: Método óptico de comprimento de onda duplo
Faixa de medição: 0% - 100%
Precisão: $\pm 2\%$ para a faixa de SpO₂ de 70 a 100%
Faixa de medição de PR: 0 - 300 bpm
Precisão de PR: $\pm 2bpm$ ou $\pm 2\%$ o que for maior
Baixo desempenho de perfusão: $\geq 0,3\%$

PNI

Especificação Técnica: método oscilométrico.
Tempo de medição: < 30 segundos (manguito adulto)
Faixa de medição de PNI: 0 mmHg - 300 mmHg
Precisão: $\pm 5 mmHg$.
Modo de medição de PNI: Manual, auto, STAT, Mult ciclo
Intervalo de auto medição: 1 - 480 min

TEMP

Faixa de medição: 0,0 - 60,0°C
Precisão: $\pm 0,2°C$ entre 21°C à 50°C

IBP - Opcional

Especificação Técnica: Transdutor extensômetro
Sensibilidade de entrada: 5µV/V/mmHg
Faixa de medição: -50 - 300 mmHg
Precisão: $\pm 2\%$ ou $\pm 4\%$ mmHg, o que for maior
Medidas Arteriais: ART, RAP, PA, LAP, CVP, ICP, AUXPI, AUXP2
Calibração: calibração zero

ET CO₂ capnografia - Opcional

Especificação técnica: Método óptico infravermelho
Modo de amostragem: Sidestream ou Mainstream
Faixa de medição: 0 - 150mmHg
Precisão: 0 - 40mmHg $\pm 2mmHg$
41 - 100mmHg $\pm 5\%$ da leitura
71 - 100mmHg $\pm 8\%$ da leitura
101 - 150mmHg $\pm 10\%$ da leitura
Taxas de fluxo: 50ml/min $\pm 10 ml/min$ (fluxo lateral)

Monitoração do Estado Cerebral (BIS) - Opcional

Sensibilidade ao EEG: $\pm 400\mu V$
Nível de ruído: < 2µVp-p, < 0,4µV rms (1 - 250 Hz) 40dB
CMRR: > 11
Impedância de entrada: > 50 Mohm
CSI e atualização: 0 - 100 filtro 6 - 42 Hz, atualização em 1 seg
% EMG: 0 - 100 (logarítmico)
filtro 75 - 85 Hz, atualização em 1 sec.
%BS: 0 - 100 filter: 2 - 42 Hz, atualização em 1 sec.

Débito cardíaco (C.O.) - Opcional

Faixa de medição da temperatura sanguínea: 23 - 43 °C, precisão: $\pm 0,5 °C$
Faixa de medição de temperatura da solução injetada: 0-20 °C, precisão: $\pm 0,5 °C$
Faixa de medição: 0,2 - 20 L/min
Precisão: $\pm 0,2 L/min$ ou $\pm 10\%$, o que for maior
Calibração: Calibração zero

Outras Especificações:

Fonte de energia: AC 100V-240V, 50/60Hz, 60VA
Bateria de lítio embutida: 11.1 V/4400mAh - 5 horas
Modo alarme: Alarme audio visual de 3 níveis
Dimensões: 310mm x 160mm x 285mm
Peso: 3,850Kg**
Tempo de recarga total da bateria: 3 Horas
Rede: Ethernet

Opções:

EtCO₂ Nellcor, SunTech NIBP, 12 via ECG, Central de monitoramento,
Bateria de 11.1 v/7000mAh - > 5 horas.
Autonomia total com as duas baterias, superior à 10 horas
Suporte com rodízios
Suporte de parede

** Podendo variar de acordo com os acessórios solicitados